

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO

CellPreserv
kolplast

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do Produto: FILTRO GINECOLÓGICO CELLPRESERV

NCM: 3926.90.40

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Filtro Ginecológico	10237610135	10.1347

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Filtro cilíndrico para citologia líquida ginecológica.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro cilíndrico de plástico com uma membrana filtrante descartável para amostras ginecológicas.

Dimensões: 6,0cm de altura x 2,5cm de diâmetro.

Cor: branco leitoso

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.1347	Não estéril	Bandeja plástica	Bandeja com 100 unidades	6 bandejas	600 unidades

6. INSTRUÇÕES DE USO

Conforme orientações do Manual do Processador de Lâmina TPK

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos a partir da data de fabricação.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local, arejado, com temperatura em temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
- Produto de uso único, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Manusear somente com EPI (luvas, máscara, óculos)
- Filtro de uso exclusivo do processador de lâminas TPK.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira